


小鼠发情周期快速鉴定试剂盒成品质检报告

版本号: A/0

AB/WIE-06-38-02

名称: 小鼠发情周期快速鉴定试剂盒		型号: M2735		
批次: 2608A		有效期至: 2027.8.17		
抽样依据		采用 GB/T2828.1-2012 正常检验一次抽样方案, 特殊检验水平 S-2 进行, AQL=1.5		
检验依据		参考《人类体外辅助生殖技术用医疗器械体外鼠胚试验》 标准号 YY/T 1434-2016		
检测项目	检测内容	合格标准	检验记录	判断结果 (通过/未通过)
外观	固定液、生理盐水、B液溶液外观	澄清透明液体, 无沉淀、无悬浮物	符合	通过
	固定液、生理盐水、B液溶液颜色	无色	符合	通过
	瓶身外观	标签、货号、批次正确	符合	通过
功能检测	B液 PH 值	6.8±0.3	符合	通过
	生理盐水渗透压	286±3 mOsm	符合	通过
经检验, 依据企业质量文件 AB/WIS-06-38《小鼠发情周期快速鉴定试剂盒质量检测作业指导书》, 判定本批产品 检验合格 审核人:  2026年 8 月 26 日 批准人: 刘庆春 2026年 8 月 26 日 				

附: 本表说明:

1、质检报告检测记录为符合的应填写“符合”, 不符合的, 应填写“不符合”(红色字体标注需详细填写数值)。