

三溴乙醇粉末成品检验报告

版本号: A/1

AB/WIE-06-62-02

产品名称	三溴乙醇粉末		规格/型号	M2940
产品批号	2606A		有效期至	2028.06.05
检验水平	GB/T2828.1-2012 正常检验一次抽样方案, 特殊检验水平 S-2 进行, AQL=1.5			
检验依据	企业标准 Q/NJAB 100-2026 《即用型三溴乙醇溶液》 企业质量文件 AB/WIS-06-62 《三溴乙醇粉末质检作业指导书》			
检验环境	温度: 25℃, 湿度 60%			
序号	检测项目	标准	检测记录	单项判定
1	性状	1.1 外观: 类白色粉末	符合	通过/不通过
		1.2 装量 平均装量不少于标示装量, 每个容器装量不少于标示装量的 97%	符合	通过/不通过
2	核磁	/	符合	通过/不通过
3	纯度(GC)	≥99%	符合	通过/不通过
4	水分	≤0.5%	符合	通过/不通过
5	溶剂残留 (正庚烷)	≤0.5%	符合	通过/不通过
6	溶剂残留 (乙酸异丙酯)	≤0.5%	符合	通过/不通过

经检验, 依据企业质量文件 AB/WIS-06-62 《三溴乙醇粉末质检作业指导书》, 判定本批产品 **检验合格**

检验员: 陈颖 2026 年 6 月 24 日
 复核: 陈颖 2026 年 6 月 24 日
 审批: 刘景春 2026 年 6 月 24 日

南京爱贝生物科技
 有限公司质控专用章

附: 本表说明:

- 1、检验报告检测记录为符合的应填写“符合”, 不符合的, 应填写“不符合”
- 2、检验结果判定中符合要求的打“√”, 不符合要求的打“×”。