

胚胎培养用矿物油质检记录表

版本号: A/0

AB/WIE-06-15-01

一、产品信息

名称: 胚胎培养用矿物油	型号: M2460
批次: 2607A	有效期至: 2028.7.10
生产数量: 75	抽样数量: 9

二、检测记录

2.1 外观检测

检验方法: 目视检验

合格标准: 溶液澄清透明, 无沉淀、无悬浮物; 无色; 瓶(盒)身外观标签、货号、批次正确。

检验记录: 液体澄清透明, 无沉淀及悬浮物, 无色, 瓶身外观标签、货号、批次正确

检测时间: 2026.7.14

检测人: 刘永春

2.2 内毒素

合格标准: 内毒素 ≤ 0.5 EU/mL。

检验记录:

检测时间:

检测人:

2.3 支原体

合格标准: 支原体核酸检测结果为阴性。

检验记录:

检测时间:

检测人:

2.4 效果检测

合格标准: 2-cell 率 $\geq 85\%$, 囊胚形成率 $\geq 80\%$ 。

检验记录: